

河南省科学院采购项目技术性验收报告

验收日期：2026年4月16日

采购单位	河南省科学院化学研究所	使用部门	河南省科学院化学研究所有限公司
项目名称	河南省科学院化学研究所环境安全实验室建设项目	合同编号	豫财磋商采购-2024-1213
供应商	详见附件1	中标(成交)通知书号	豫财磋商采购-2024-1213
规格型号	详见附件1	设备生产商	详见附件1
合同金额	1902500.00元 壹佰玖拾万零贰仟伍佰元整	设备数量	4
存放地点	郑州市金水区红专路56号5楼	运行使用时间	2025年06月09日
设备清单	详见附件1		
配件清单	详见附件1		
项目负责人意见	所到仪器品牌型号、参数符合合同要求,经测试运行正常。		张思良
验收结论	详见附件		
验收人签名	张思良 胡峰 孙西		
监督人签名	张翠		
单位负责人意见	 		

附件 1:

设备清单	规格型号	设备生产商	配置清单
电感耦合等离子体质谱仪	PlasmaQuant MS Q	德国耶拿分析仪器有限公司	1、电感耦合等离子体质谱仪主机 1台 2、在线氦气稀释系统 1套 3、雾化器及雾化室 2套 4、样品蠕动泵泵管 60根 5、排废蠕动泵泵管 60根 6、镍质采样锥 2只 7、镍质截取锥 2只 8、石英炬管（套） 3套 9、Y型三通 2包 10、自动进样器(250位) 1套 11、泵油 2瓶 12、截取锥O型圈 (5个/包) 2包 13、采样锥O型圈 (5个/包) 2包 14、内标液：100ppm 100ml 2瓶 15、质量校正调谐液：500ml 2瓶 16、ICPMS专用冷却循环水机 1台 17、氢气发生器 1台
微波消解仪	Touchwin2.0	奥普乐科技集团（成都）有限公司	1、100ML消解罐10个 2、赶酸仪1台
超纯水机	GWB-2E	北京普析通用仪器有限责任公司	超纯水机1台 纯水机1台 PE水箱1个 3000泵1个 过滤系统1套 储存罐1个
移液器	Eppendorf Research plus	德国艾本德股份公司	1、移液器1套



河南省科学院化学研究所环境安全实验室 建设项目技术性验收专家意见

2026年4月16日，组织专家对河南省科学院化学研究所环境安全实验室建设项目（豫财磋商采购 - 2024-1213）进行了技术性验收。专家组依据政府采购合同、招/投标文件、技术参数及项目相关资料，通过资料审阅及现场核查，形成意见如下：

一、本次验收范围内所有设备均已按合同约定供货到位，品牌、规格、型号、数量与合同及配置清单完全一致，资料齐全。所有设备按照相关技术规范要求完成安装，符合实验室安全与使用标准。

二、仪器设备气路、水路、电路连接安全可靠，通电自检正常，系统运行稳定，满足连续运行条件，符合合同要求。

三、仪器设备核心技术指标验证均满足合同技术参数要求。

经全面查验与现场测试，本项目供货完整、安装规范、运行稳定、技术指标全部达标、环境条件满足要求。专家组一致认为：项目技术性验收合格，同意通过技术性验收。

专家签字：

张书华 胡新 孙

2026年4月16日

