


附件 3 政府采购进口产品专家论证意见

| | |
|--|--------------------------|
| 一、基本情况 | |
| 申请单位 | 郑州市第二人民医院 |
| 拟采购产品名称 | 宫腔电切镜 |
| 拟采购产品金额 | 25万元 |
| 采购项目所属项目名称 | 郑州市第二人民医院医学装备采购项目（宫腔电切镜） |
| 采购项目所属项目金额 | 25万元 |
| 二、申请理由 | |
| <input type="checkbox"/> 2.1. 中国境内无法获取： | |
| <input type="checkbox"/> 2. 无法以合理的商业条件获取： | |
| <input checked="" type="checkbox"/> 3. 其他。 | |
| 原因阐述： <p>1. 进口宫腔镜在高清成像、色彩还原、操控精度上显著领先，可实现宫腔内病变(如内膜息肉、黏膜下肌瘤、宫腔粘连)的精准定位、微创切除，尤其适合有生育需求患者，能减少热损伤与术后粘连风险，降低并发症发生率。同时可高效完成异常子宫出血排查、不孕不育宫腔评估、节育环嵌顿/残留取出等诊疗场景，覆盖全病种需求。</p> <p>2. 在医院现有的宫腔镜设备基础上新购置的直径18.5Fr的宫腔电切镜设备可以和医院现有设备的配件(包括电极)进行互用，对手术保驾护航。可以节约资源和经济成本。</p> <p>综上所述, 现申请采购进口产品。</p> | |

三、 专家论证意见

口腔电切镜进口设备. 具备高清成像, 色阶还原. 操控精度上优于国内设备. 对宫腔病变精准定位. 微创切除. 可减少热损伤及术后粘连风险. 降低并发症发生率. 国产设备. 直径较大. 设备较进口产品的直径大. 为满足临床需求. 同意进口进口设备。

专家签字:



日期: 2026年3月30日